



Torino, 30 agosto 2018

CHIARIMENTO N. 5

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di una macchina di fusione laser di polveri metalliche (L-PBF) – CIG 7583448B40 - CUP E15D18000340007 - CID 321-30

Quesito:

Vi scriviamo per porvi il seguente quesito:

All'interno del Capitolato Speciale d'Oneri, Sezione II-Specifiche Tecniche (punto 23. Caratteristiche Tecniche Minime), al punto 2, viene espressamente menzionato che le "Dimensioni massime ingombro esterno (L x P x H)" devono essere le seguenti: 3600 mm x 1300 mm x 2250 mm.

Poichè i macchinari da noi trattati e idonei per essere presentati per il bando hanno dimensioni d'ingombro di 2706 x 1818 x 1985 mm, chiediamo la possibilità che il punto 2 possa essere derogato per poter partecipare alla gara, o in alternativa che vengano aggiornate le dimensioni massime di ingombro esterno.

In attesa di vs risposta al quesito salutiamo cordialmente.

Risposta:

Si conferma che l'apparecchiatura offerta dovrà avere le seguenti "Dimensioni massime ingombro esterno (L x P x H)" non derogabili: 3600 mm x 1300 mm x 2250 mm.

Le misure indicate fanno riferimento alla sola attrezzatura esclusi eventuali involucri utilizzati per il trasporto.

Le misure massime indicate considerano la dimensioni dei varchi che saranno utilizzati per la consegna e l'ingombro degli ulteriori strumenti presenti nel luogo di installazione.

Ufficio Appalti