



Pubblicato all'indirizzo www.polito.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data

Decreto del Direttore Generale n. 1350/2018

Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di un alimentatore sinusoidale trifase rigenerativo - CIG 7496891629 - CUP E15D18000370007 – CID 321-38

Provvedimento di Esclusione

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- In attuazione del Decreto del Direttore Generale n. 1014/2018 del 18.05.2018, è stata indetta ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 la procedura negoziata di cui in titolo;
- alla data di autorizzazione della procedura non risultavano attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, commi 1 e 3, della legge 488/1999, o convenzioni regionali attivate da SCR Piemonte di cui all'art. 1, comma 449 e 450 della legge 296/2006, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla procedura in titolo;
- la procedura negoziata è stata esperita attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante richiesta di offerta (RDO n.1958266 del 22.05.2018) rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica presente nel bando "BENI - Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio", nell'ambito della quale è attiva la fornitura oggetto di affidamento;
- l'importo posto a base dell'affidamento è pari a € 110.000,00 (oltre IVA al netto delle eventuali opzioni e con oneri per la sicurezza pari ad euro zero);
- entro il termine previsto dalla RDO per la presentazione delle offerte (h. 14,00 del giorno 06.06.2018), sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti società:
 - **Calpower S.r.l**
 - **Delo instruments S.r.l.;**
- a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in titolo, è stata disposta l'ammissione del concorrente con provvedimento n. 1210/2018 del 12.06.2018 comunicato ai concorrenti e pubblicato sul sito internet di Ateneo;
- nella seduta del 25.06.2018, la commissione giudicatrice ha proposto l'esclusione dei seguenti concorrenti, per le motivazioni indicate nel relativo verbale, che vengono di seguito richiamate:
 - **Calpower S.r.l. :** *"La documentazione presentata dall'operatore **non evidenzia**, come richiesto al punto 8.B) della lettera d'invito, il possesso di **TUTTE** le caratteristiche minime richieste a pena di esclusione dal capitolato tecnico; negli elementi tecnici minimi a pena esclusione dell'alimentatore sinusoidale trifase rigenerativo era richiesta, quale requisito minimo, una distorsione armonica della tensione erogata a 50 Hz e 60 Hz in modalità AC sinusoidale <0.2%; l'operatore*

**Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti**

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 5755

appalti@polito.it www.polito.it

G:\uffici\COA\Area PSA__Cottimi fiduciari\INFRA-PITEST-eDRIVE\2018_05_07_FA_RDA_Alimentatore Sinusoidale Trifase\01 – Aggiudicazione- 05 Provvedimento di esclusione .doc



economico riporta invece che il dato esatto disponibile a unità prodotta è pari a <0.5%; NON risultano inoltre presenti le schede tecniche del prodotto offerto né marca e modello dell'alimentatore proposto. L'operatore CALPOWER NON è ammesso alla fase successiva della procedura."

- Delo Instruments S.r.l. *"La documentazione presentata dall'operatore non evidenzia, come richiesto al punto 8.B) della lettera d'invito, il possesso di TUTTE le caratteristiche minime richieste a pena di esclusione dal capitolato tecnico; negli elementi tecnici minimi a pena esclusione dell'alimentatore sinusoidale trifase rigenerativo era richiesta, quale requisito minimo, una precisione di misura della corrente pari all'1%; l'operatore economico riporta invece una misura della corrente pari a 1,4%; NON risultano inoltre presenti le schede tecniche del prodotto offerto né marca e modello dell'alimentatore proposto. L'operatore DELO INSTRUMENTS NON è ammesso alla fase successiva della procedura."*

Tutto ciò premesso e considerato

- Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici"
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l'art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
- Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24.02.2016;
- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1014/2018 del 18.05.2018, che ha autorizzato l'indizione della procedura in titolo;
- Visti gli atti e i verbali di gara.

DECRETA

- l'esclusione dalla procedura in oggetto dei seguenti concorrenti per le motivazioni indicate in premessa:
 - Calpower S.r.l
 - Delo Instruments S.r.l.

Torino, 29 giugno 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Aldo Tommasin)

AF/bs

Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 5755

appalti@polito.it www.polito.it

G:\uffici\COA\Area PSA_Cottimi fiduciari\INFRA-P\TEST-eDRIVE\2018_05_07_FA_RDA_Alimentatore Sinusoidale Trifase\01 – Aggiudicazione- 05 Provvedimento di esclusione.doc