



**POLITECNICO  
DI TORINO**

Ufficio Appalti

Torino, 30 settembre 2019

## CHIARIMENTO N. 1

**OGGETTO:** Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di un sistema dual beam FIB-FESEM con fascio ionico ad atomi di xenon e di un microscopio elettronico a trasmissione e a scansione (TEM/STEM)

**Lotto 1 - Sistema dual beam FIB-FESEM con fascio ionico ad atomi di xenon (CIG 7989400572)**

**Lotto 2 - Microscopio elettronico a trasmissione e a scansione (TEM/STEM) (CIG 798941302E)**

**CUP E11G18000350001**

**CUI F00518460019201900016**

### Quesito 1:

Con riferimento alla gara in oggetto e ai punteggi nel Capitolato Speciale d'oneri, desideravamo un chiarimento rispetto all'assegnazione dei punti nel paragrafo: Acquisizione di immagini

Il punteggio Max. è di 10 punti, ma la somma dei parziali è di 12 punti.

### Risposta 1:

Con riferimento all'elemento tecnico premiale "Acquisizione di immagini" previsto dal Capitolato Speciale d'Oneri per il Lotto 2, si conferma che il punteggio massimo assegnabile è pari a **10 punti**.

Tale punteggio massimo può essere conseguito unicamente qualora l'offerta rispetti entrambi i seguenti criteri:

- Possibilità di acquisizione live di immagini in modalità in contrasto di fase differenziale (DPC) e in contrasto di fase differenziale integrato (iDPC) in STEM, entrambe attraverso comune detector dedicato (**5 punti**)
- Incremento di velocità di acquisizione della camera dedicata alla registrazione delle immagini HRTEM e dei pattern di diffrazione alla massima risoluzione della camera (almeno 16 Mp): se la velocità di acquisizione è almeno pari a a 40 fps (**5 punti**).

Risulta erroneo sommare tutti i punteggi parziali, in quanto i punteggi relativi alla voce "*Incremento di velocità di acquisizione della camera*" sono da intendersi alternativi e non cumulabili.

Ufficio Appalti