

Publicato all'indirizzo www.polito.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data

Decreto della Direttrice Generale n.986/2019

Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.B del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento della fornitura di un elettrospinning da banco dotato di sistema di controllo per temperatura ed umidità

CIG 7845005EE9

CUP E16C18001790002

CUP E12i16000360006

CUI F00518460019201900154

Provvedimento di Aggiudicazione definitiva efficace ed esclusione

LA DIRETTRICE GENERALE

Premesso che

- In attuazione del Decreto della Direttrice Generale n. 639/2019 del 25.03.2019, è stata indetta ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 la procedura negoziata di cui in titolo;
- alla data di autorizzazione della procedura non risultavano attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, commi 1 e 3, della legge 488/1999, o convenzioni regionali attivate da SCR Piemonte di cui all'art. 1, comma 449 e 450 della legge 296/2006, aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla procedura in titolo;
- la procedura negoziata è stata esperita attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante richiesta di offerta (RDO n. 2260039 del 26.03.2019) rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica "BENI- Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture Logistiche", nell'ambito della quale è attiva la fornitura oggetto di affidamento;
- l'importo posto a base dell'affidamento è pari a € 90.000,00 (oltre IVA al netto delle eventuali opzioni e con oneri per la sicurezza pari ad euro zero);
- entro il termine previsto dalla RDO per la presentazione delle offerte (h. 12,00 del giorno 15.04.2019), sono pervenute due offerte da parte dei seguenti operatori economici:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL	05058341214
NANOFABER	13012751007

- a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in titolo è stata disposta l'ammissione dei concorrenti con Decreto della Direttrice Generale n.852/2019 del 17.04.2019, pubblicato sul sito internet di Ateneo in data 19.04.2019 e contestualmente comunicato ai concorrenti;
- la procedura è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2 D.lgs. 50/2016;

Area Approvvigionamento Beni e Servizi

Ufficio Appalti

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 5755

appalti@polito.it www.polito.it

G:\uffici\COA\Area PSA\Cottimi fiduciari\DIPARTIMENTI\2019\DISAT\2019_03_12_FA_Elettrospinning\Aggiudicazione\05- provv. agg.def efficace ed esclusione.doc

- nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, la commissione giudicatrice ha rilevato la non conformità dell'offerta del concorrente DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL alle specifiche tecniche minime previste dal Capitolato Speciale d'Oneri. Si riporta stralcio del verbale della Commissione ...omissis...

Operatore economico	Sintesi verifica REQUISITI TECNICI MINIMI a pena di esclusione
<p>DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL</p>	<p>L'offerta tecnica NON soddisfa i requisiti tecnici minimi a pena di esclusione richiesti nel capitolato, più precisamente la Stazione Appaltante chiedeva, pena l'esclusione dalla procedura di gara, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'intero sistema comprensivo di unità per il controllo di temperatura e umidità non superasse un ingombro totale di 160 cm in larghezza, 100 cm in altezza e 80 cm in profondità. Il sistema proposto dall'operatore economico ha un'altezza di 117 cm. ▪ l'elettrospinning fosse dotato di un modulo ethernet per il collegamento alla linea internet locale in modo da permettere attività di manutenzione e diagnosi da remoto. L'elettrospinning offerto è privo del modulo ethernet; viene offerta solo la diagnosi tramite touch screen. ▪ il range di flussi erogabili dalla pompa a siringa fosse compreso tra 0.1 µl/h e 5000 ml/h a seconda del volume della siringa utilizzata. Il range offerto è di 0.732microL/h. ▪ insieme allo strumento venissero forniti tre sistemi ago e porta ago con attacco luer lock per consentire la processabilità di materiali differenti. L'operatore economico non fornisce i tre sistemi ago e porta ago richiesti. ▪ l'emettitore fosse in grado di traslare sul piano X-Y con una velocità compresa tra 0 e 100 mm/s in modo da avere maggior controllo sulla deposizione delle fibre e sul pattern finale. Il movimento richiesto non viene offerto. ▪ lo strumento fosse dotato di un tamburo avente un diametro di 100 mm e una lunghezza di 200 mm da montare sulla piattaforma per collettori rotanti. Il tamburo offerto ha una lunghezza pari a 150mm. ▪ l'unità di controllo delle condizioni ambientali fosse in grado di impostare e controllare la temperatura da un minimo corrispondente alla temperatura della stanza fino ad almeno 45°C con una precisione di +/- 1°C. La temperatura massima è pari a 40°. ▪ ad una temperatura di 25°C l'umidità della camera potesse essere diminuita di almeno il 25% con una precisione di +/- 5%. L'umidità della camera è diminuita del 20%. <p>L'operatore economico offre uno strumento privo dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione, pertanto NON è ammesso alla fase successiva di valutazione dell'offerta tecnica con attribuzione dei punteggi tecnici premiali ed escluso dalla procedura.</p>

- Nella seduta del 29.04.2019, la commissione giudicatrice:
 - ha proposto l'esclusione del concorrente DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL per mancanza dei requisiti tecnici minimi previsti a pena di esclusione;
 - ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della società NANOFABER S.R.L, che ha conseguito il punteggio complessivo di 100/100 punti, di cui 70/100 per la parte tecnica e 30/100 per la parte economica.

Considerato che

- la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;
- l'aggiudicazione diventa efficace a seguito della positiva verifica, in capo all'aggiudicataria, del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, come previsto dall'art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016. I documenti a comprova dei requisiti di ordine generale saranno acquisiti secondo quanto previsto dall'art. 86, co. 2, del D.lgs. 50/2016;

Area Approvvigionamento Beni e Servizi

Ufficio Appalti

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 5755

appalti@polito.it www.polito.

G:\uffici\COA\Area PSA\Cottimi fiduciari\DIPARTIMENTI\2019\DISAT\2019_03_12_FA_Elettrospinning\Aggiudicazione\05- provv. agg.def efficace ed esclusione.doc

Appurato che

- nei confronti della società NANOFABER S.R.L. si è proceduto alla verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dalla lettera di invito ai fini della partecipazione e che la stessa si è conclusa positivamente. Pertanto nulla osta all'affidamento della fornitura alla citata società.

Tutto ciò premesso e considerato

- Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in particolare gli artt. 36 c.2 lett. B, 32 c.7, 32, co. 8, 86, co. 2, e 95, c. 2;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l’art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
- Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24.02.2016;
- Visto il Decreto della Direttrice Generale n.639/2019 del 25.03.2019, che ha autorizzato l’indizione della procedura in titolo;
- Visti gli atti e i verbali di gara

DECRETA

- l’esclusione dalla procedura del concorrente DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL per riscontrata non conformità dell’offerta tecnica alle specifiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal capitolato speciale;
- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice in data 29.04.2019;
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c.5, D.lgs. 50/2016, la procedura in oggetto in favore della società NANOFABER S.R.L, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 3,33333333% sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un prezzo complessivo di aggiudicazione pari a € 87.000,00;
- di autorizzare la stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prescritta ai fini della sua sottoscrizione.

Torino, 13 maggio 2019

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria Adamo)

AF/bs

**Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti**

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 5755

appalti@polito.it www.polito.it

G:\uffici\COA\Area PSA__Cottimi fiduciari\DIPARTIMENTI\2019\DISAT\2019_03_12_FA_Elettrospinning\Aggiudicazione\05- provv. agg.def efficace ed esclusione.doc