

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), del D.L. 76/2020, per l'affidamento della fornitura di un sistema integrato per l'analisi corticomuscolare - CIG 90687980DC - CUI F00518460019202100096 - CUPE18D19002020007 - CID 321-39

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 13.50 c.ca in modalità telematica attraverso l'utilizzo del software Microsoft Teams in dotazione all'Ateneo, prosegue l'esame dell'offerta pervenuta da parte dell'operatore economico OT BIOELETRONICA S.R.L. in merito all'affidamento in oggetto.

Sono presenti, attraverso call in modalità telematica, i componenti della Commissione Giudicatrice composta da:

- Prof. Marco Gazzoni - in qualità di presidente;
- Prof. Alberto Botter;
- Prof. Taian Martins.

Presiede e coordina le operazioni telematiche della seduta di gara (attraverso call con il software Microsoft Teams) e lo sblocco delle offerte telematiche sulla piattaforma elettronica MePA, l'ing. Daniele Longoni funzionario del Servizio Pianificazione Acquisti e Procurement dell'Area Approvvigionamento Beni e Servizi.

Premesso che:

Nella seduta precedente del 21.02.2022, i componenti del Seggio di Gara hanno verificato il contenuto della documentazione amministrativa richiesta, trasmettendo successivamente la documentazione al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

in data 22.02.2022 il Direttore Generale con DDG 288 del 22.02.2022, tramite posta elettronica certificata inviata al solo operatore economico concorrente, ha disposto l'ammissione alla fase successiva della procedura in titolo del solo concorrente **OT BIOELETRONICA S.R.L.**

Tutto ciò premesso

Alle ore 14.02 c.ca la Commissione Giudicatrice procede allo sblocco delle offerte tecniche e al prelievo della relativa documentazione.

Al termine della verifica dell'offerta tecnica, la situazione che emerge è la seguente:

- L'offerta tecnica soddisfa le specifiche tecniche minime richieste a pena di esclusione nel capitolato. L'operatore economico è **ammesso** alla fase successiva della procedura.

La Commissione Giudicatrice procede quindi alla valutazione degli elementi tecnici premiali previsti nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La situazione che emerge è la seguente:

OT BIOELETRONICA S.R.L.	
EV - ELEMENTI per la valutazione tecnica	Punti ottenuti
EV.1 - Possibilità di selezionare la frequenza di taglio minima (flow) per il sistema EEG oltre 0.7 Hz: <ul style="list-style-type: none"> - flow > 0.7: 5 punti - flow > 50: 10 punti 	15/15



- <i>flow</i> > 180: 15 punti	
EV.2 – Frequenza (<i>f_c</i>) di campionamento selezionabile per il sistema EEG: - 500Hz < <i>f_c</i> < 2000Hz: 5 punti - 500Hz < <i>f_c</i> < 10000Hz: 10 punti	10/10
EV.3 – Numero di canali analogici non condizionati che possono essere acquisiti con il sistema EEG: - 1 canale: 5 punti - 8 canali: 10 punti - 16 canali: 15 punti	15/15
EV4 – Possibilità di alimentazione a batteria del sistema EEG: 5 punti	5/5
EV5 – Durata minima della batteria per il sistema EMG in modalità di trasmissione continua dei dati: - 5 ore: 5 punti - 10 ore: 10 punti	10/10
EV6 – Possibilità di acquisire segnali analogici non condizionati con il sistema modulare EMG: - 1 segnale: 5 punti - 2 segnali: 10 punti	10/10
EV7 – Alimentazione induttiva dei moduli EMG: 5 punti	5/5
EV8 – EEG – estensione gratuita di un anno della garanzia: 5 punti	5/5
EV9 – FAMILIARIZZAZIONE E TRAINING: La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente almeno 1 giorno di formazione primaria all'utilizzo del sistema (oltre l'installazione) per 5 persone, sia per quanto riguarda la parte hardware che per quanto riguarda la parte software e di applicazione: 2,5 punti	2,5/2,5
EV10 – SUPPORTO TECNICO: La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente supporto telefonico e supporto remoto illimitati per un periodo di tempo di 4 anni a partire dalla data di installazione del sistema: 2,5 punti	2,5/2,5
Punteggio totale Elementi per la valutazione Tecnica	80/80

La Commissione Giudicatrice provvede ad attribuire sul portale MePa il punteggio tecnico premiale previsto nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente riportato nel prospetto di cui sopra.

La situazione che emerge è la seguente:

	Operatore economico	Punteggio tecnico
1	OT BIOELETRONICA S.R.L.	80/80

Alle ore 14.08 c.ca la Commissione Giudicatrice procede allo sblocco dell'offerta economica sul MePA; la situazione che emerge è la seguente:

	Operatore economico	Importo a base di gara	Ribasso % offerto	Prezzo Offerto
1	OT BIOELETRONICA S.R.L.	60.000,00 €	0%	60.000,00 €

Avendo constatato la validità dell'offerta economica, i punteggi attribuiti dalla commissione in base ai criteri di attribuzione previsti dalla disciplina di gara sono sintetizzati nel seguente prospetto:



Operatore economico		Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio finale
1	OT BIOELETTRONICA S.R.L.	80/80	20/20	100/100

Alle ore 14.10 c.ca, avendo constatato la validità delle offerte, la Commissione Giudicatrice procede sul MePA all'aggiudicazione della procedura in titolo a favore dell'operatore economico **OT BIOELETTRONICA S.R.L.**

La seduta termina alle ore 14.30 c.ca.

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.

La Commissione Giudicatrice

- Prof. Marco Gazzoni – Presidente – *Firmato Gazzoni*
- Prof. Alberto Botter *Firmato Botter*
- Prof. Taian Martins *Firmato Martins*