



Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), del D.L. 76/2020, per l'affidamento della fornitura di un analizzatore di spettro ottico ad alta risoluzione - CIG 9291663ADD - CUI F00518460019202200058

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 09.30 c.ca, prende avvio l'esame dell'offerta tecnica ed economica pervenuta da parte dell'unico operatore economico concorrente alla procedura di selezione del contraente indicata in titolo, la Commissione Giudicatrice composto da:

- Prof.ssa Mariangela Gioannini (DET)– in qualità di presidente
- Prof. Valter Ferrero (DET)
- Dr. Massimo Olivero (DET)

Presiede e coordina le operazioni telematiche della seduta di gara e lo sblocco delle offerte telematiche sulla piattaforma elettronica MePA il sig. Andrea Morlino (Funzionario dell'ufficio Buyer).

Premesso che:

- Nella seduta precedente del 25.07.2022, i componenti del Seggio di Gara hanno verificato il contenuto della documentazione amministrativa richiesta, trasmettendo successivamente la documentazione al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- in data 26.07.2022 il Direttore Generale con DDG 1154, inviato tramite posta elettronica certificata inviata all'operatore economico concorrente, ha disposto l'ammissione alla fase successiva della procedura dell'operatore **DELO INSTRUMENTS – P.IVA 06284300156**.

Tutto ciò premesso

Alle ore 09.40 c.ca la Commissione Giudicatrice procede allo sblocco dell'offerta tecnica e al prelievo della relativa documentazione.

La Commissione Giudicatrice, preso atto della richiesta d'offerta, dei requisiti tecnici minimi richiesti a pena di esclusione con riferimento all'oggetto della procedura, procede con la verifica dell'offerta tecnica pervenuta.

La situazione che emerge è la seguente:

- L'operatore economico ha prodotto e allegato, secondo quanto richiesto al par. 8.B della lettera di invito:
 - il modulo "**Offerta Tecnica Requisiti Minimi**" predisposto dalla Stazione Appaltante;
 - il modulo "**Offerta Tecnica Elementi di Valutazione**" predisposto dalla Stazione Appaltante;
 - la scheda tecnica del prodotto offerto predisposta dal produttore con chiara indicazione della marca, del modello e delle caratteristiche tecniche (data sheet).

La Commissione Giudicatrice, preso atto del capitolato speciale d'onere, dei requisiti tecnici minimi richiesti a pena di esclusione con riferimento all'oggetto della procedura, procede con la verifica dell'offerta tecnica pervenuta dall'operatore economico con particolare



riferimento ai requisiti tecnici minimi a pena di esclusione.

L'offerta tecnica soddisfa le specifiche tecniche minime richieste a pena di esclusione nel capitolato.

La Commissione Giudicatrice procede quindi alla valutazione degli elementi tecnici premiali previsti nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La situazione che emerge è la seguente:

EV – ELEMENTI TECNICI PREMIALI	Punti ottenuti
EV1 - Risoluzione della lunghezza d'onda 10 pm su tutto l'intervallo di lunghezze d'onda: 5 punti 5 pm su tutto l'intervallo di lunghezze d'onda: 14 punti	14 / 14
EV2 - Accuratezza della lunghezza d'onda ± 10 nm su tutto l'intervallo di lunghezze d'onda: 4 punti ± 5pm su alcuni intervalli limitati di lunghezza d'onda e ± 10 nm sul resto degli intervalli di lunghezza d'onda: 12 punti	12 / 12
EV3 - Level sensitivity - 80 dBm: 4 punti - 85dBm: 6 punti - 90 dBm: 8 punti	6 / 8
EV4 - Close-in dynamic range 60 dB: 2 punti 65 dB: 6 punti	2 / 6
EV5 - Stray light suppression 80 dB	4 / 4
EV6 - Optical return loss con connettore PC 35 dB: 2 punti 40 dB: 4 punti	0 / 4
EV7 - Touchscreen LCD con risoluzione 1024 × 768 pixels	6 / 6
EV8 - Data storage interno 1Gbyte	0 / 2
EV9 - Presenza del meccanismo di <i>gas purging</i> per minimizzare l'impatto dei picchi di assorbimento dovuti al vapore acqueo all'interno del monocromatore	4 / 4
EV10 - Controllo da remoto real-time e presenza applicazione specifica per il controllo da remoto	3 / 3
EV11 - Porte USB compatibili con dispositivi di storage, mouse e tastiera 4 porte: 1 punto 6 porte: 3 punti	0 / 3
EV12 - Estensione di garanzia 2 anni: 3 punti 3 anni: 6 punti	0 / 6
EV13 - Giornate training tecnico on-site per due persone 2 giornate con esempi di controllo da remoto	0 / 4



EV14 - Calibrazione annuale per 2 anni: 1 punto per 3 anni: 2 punti per 4 anni: 4 punti	4 / 4
Totale punteggio ottenuto	55 punti

La Commissione Giudicatrice, alle ore 10.30 c.ca, provvede ad attribuire sul portale MePa il punteggio tecnico premiale previsto nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente riportato nel prospetto di cui sopra.

La situazione che emerge risulta essere la seguente:

Operatore economico	Punti Totali
DELO INSTRUMENTS	Punteggio tecnico ottenuto 55/80
	Punteggio tecnico riparametrato 80/80

La Commissione Giudicatrice, alla luce dell'analisi effettuata sull'offerta tecnica, provvede all'approvazione della stessa sulla piattaforma MePA.

Alle ore 10.32 la Commissione Giudicatrice procede con lo sblocco dell'offerta economica dell'operatore economico **DELO INSTRUMENTS** ed al prelievo della relativa documentazione.

La situazione che emerge è la seguente:

Operatore economico	Importo a base d'asta	Importo offerto	Ribasso offerto %	Punteggio economico assegnato in automatico dalla piattaforma
DELO INSTRUMENTS	60.000,00 €	55.000,00 €	8,3333 %	20/20

Avendo constatato la validità dell'offerta economica, i punteggi attribuiti dalla commissione in base ai criteri di attribuzione previsti dalla disciplina di gara sono sintetizzati nel seguente prospetto:

Operatore economico	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio finale
DELO INSTRUMENTS	80/80	20/20	100/100

Alle ore 10.37 c.ca, avendo constatato la validità delle offerte, la Commissione Giudicatrice propone l'aggiudicazione della procedura in titolo a favore dell'operatore economico **DELO INSTRUMENTS**.

La Commissione Giudicatrice dispone la chiusura della seduta e trasmette la documentazione di gara alla Stazione Appaltante per l'adozione dei provvedimenti di competenza.



**Politecnico
di Torino**

La seduta termina alle ore 11.10 c.ca.

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.

La Commissione Giudicatrice

Prof.ssa Mariangela Gioannini

Firmato Gioannini

Prof. Valter Ferrero

Firmato Ferrero

Dr. Massimo Olivero

Firmato Olivero