



Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. B del D. L. 76/2020, per l'affidamento della fornitura di un microscopio in fluorescenza per analisi e caratterizzazione di sistemi biologici per la produzione di H2, di CO2 e di altri e-fuels

**Progetto iENTRANCE@ENL cod. IR0000027 - Missione 4 Componente 2 Linea di investimento 3.1
CUP B33C22000710006 - CIG 9926100CD6 - CUI F00518460019202300067**

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di agosto, alle ore 14.00 c.ca, in modalità telematica attraverso l'utilizzo del software Microsoft Teams in dotazione all'Ateneo, si riunisce, per l'esame delle offerte pervenute nell'ambito della procedura indicata in titolo, la Commissione Giudicatrice composta da:

- Dott.ssa Francesca Frascella (DISAT) – in qualità di presidente;
- Dott.ssa Lucia Napione (DISAT);
- Dott.ssa Valentina Bertana (DISAT)

Presiede e coordina le operazioni telematiche della seduta di gara (attraverso call con il software Microsoft Teams) e lo sblocco delle offerte telematiche sulla piattaforma elettronica MePA, la dott.ssa Rossella Grieco funzionario dell'Ufficio Buyer Servizi e Forniture dell'Area AGACON.

Premesso che:

- nella seduta precedente del 25.07.2023, i componenti del Seggio di Gara hanno terminato la verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori, trasmettendola al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- in data 26.07.2023 il Direttore Generale con DDG n. 1630/2023, trasmesso tramite posta elettronica certificata inviata agli operatori economici concorrenti, ha disposto l'ammissione alla fase successiva degli operatori economici

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
LEICA MICROSYSTEMS SRL	09933630155
NIKON EUROPE B.V.	07055380484

- con DDG n. 1653 del 28.07.2023 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte.

Tutto ciò premesso

Alle ore 14:05 c.ca si procede sulla piattaforma MePA allo sblocco dell'offerta tecnica e al prelievo della relativa documentazione.

La Commissione prende atto che, come previsto al par. 16 della lettera di invito, l'offerta tecnica richiesta ai partecipanti deve permettere alla Stazione Appaltante di verificare la presenza degli elementi tecnici richiesti quali requisiti minimi, oltre che di valutare gli elementi tecnici offerti dall'operatore economico nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si avvia la verifica dei requisiti tecnici minimi a pena di esclusione per i prodotti offerti da NIKON EUROPE B.V e la Commissione evidenzia la difficoltà nel verificare, dall'analisi dei documenti prodotti dall'operatore, la presenza di alcune caratteristiche tecniche. Si ritiene pertanto opportuno richiedere a NIKON EUROPE B.V di:

- confermare che il modello offerto è: ECLIPSE Ti2-E - MEA54000 - 4549921AA000MQ;
- confermare, rispetto a quanto richiesto nel punto 8 dei requisiti tecnici minimi come qui riportato "il microscopio rovesciato deve possedere un modulo dedicato alla fluorescenza, corredato di torretta porta filtri, equipaggiato con filtro per due FITC e lampada ai vapori di mercurio accoppiata mediante fibra ottica", che il prodotto offerto sia equipaggiato con filtro FITC;
- confermare la dotazione dei 2 obiettivi alla fluorite rispettivamente di 10x e di 20x.



**Politecnico
di Torino**

La Commissione prosegue con la verifica dei requisiti tecnici minimi a pena di esclusione per i prodotti offerti da LEICA MICROSYSTEMS SRL e rileva che, in relazione al requisito minimo di cui al punto 13 (*deve essere dotato di una fotocamera monocromatica, con dimensioni del sensore di almeno 36 x 24 millimetri*) l'operatore indica, nel modulo di offerta, che il requisito NON è rispettato e che la "*dimensione sensore 1" fotocamera da 20 Mpxl BW e colori (selezionabile da sw)*".

Tenendo conto che la dimensione del sensore richiesta *36 x 24 millimetri* corrisponde in termini di Diagonale "lorda" in pollici a 2,58'', si evince che il prodotto offerto NON rispetta i requisiti tecnici minimi richiesti a pena di esclusione.

Per le motivazioni riportate nel paragrafo precedente, la Commissione propone l'esclusione dell'operatore LEICA MICROSYSTEMS SRL.

Alle ore 15.10 c.ca la Commissione chiude la seduta e trasmette la documentazione alla Stazione Appaltante per l'invio della richiesta di chiarimenti all'operatore NIKON EUROPE B.V mediante messaggio PEC. Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.

La Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Francesca Frascella

Firmato Frascella

Dott.ssa Lucia Napione

Firmato Napione

Dott.ssa Valentina Bertana

Firmato Bertana