



**Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), del D.L. 76/2020, per l'affidamento della fornitura e posa di n. 2 cappe chimiche per utilizzo reagenti e solventi infiammabili e materiali in polvere e n.1 Armadio Aspirato per stoccaggio solventi e reagenti infiammabili - CIG 97976550AF - CUI F00518460019202300023 - CUP E13C22002010006**

L'anno 2023 il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 10.10 c.ca, in modalità telematica attraverso l'utilizzo del software Microsoft Teams in dotazione all'Ateneo, prende avvio la seconda seduta per l'esame delle offerte pervenute da parte delle ditte invitate alla procedura negoziata indicata in titolo, il Seggio di Gara composto da:

- Prof.ssa Teresa Gatti (DISAT)
- Prof.ssa Carlotta Francia (DISAT)
- Sig. Andrea Morlino (AGACON)

Premesso che:

- in data 25.05.2023 il Seggio di Gara incaricato, con DDG n. 1125 del 24.05.2023, di verificare la documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, ha svolto le operazioni preliminari alla valutazione delle offerte;
- in data 26.05.2023 il Direttore Generale con DDG 1145, tramite posta elettronica certificata inviata agli operatori economici concorrenti, ha disposto l'ammissione alla fase successiva della procedura dei seguenti operatori economici:

	<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>
1	AS INSTRUMENTS	11552950013
2	CARLO ERBA REAGENTS	01802940484

**Tutto ciò premesso**

Alle ore 10.15 il seggio di gara procede allo sblocco delle offerte tecniche e alla valutazione delle offerte ricevute dagli operatori economici.

La situazione che emerge è la seguente:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>ELEMENTI TECNICI MINIMI A PENA ESCLUSIONE</b>
AS INSTRUMENTS	L'offerta tecnica <b>SODDISFA</b> tutte le specifiche tecniche minime richieste dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione.
CARLO ERBA REAGENTS	L'offerta tecnica <b>NON SODDISFA</b> le specifiche tecniche minime richieste dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione. Dettaglio delle specifiche <b>NON CONFORMI!</b> : - <u>kit inverter</u> richiesto in gara da 2,2 Kw, quello offerto risulta essere da 1,5 kw; il kit proposto da 1,5 kw controlla un aspiratore a 4 poli da 0,55 KW con pressione totale 40 mm H2O; risulta perciò notevolmente sottodimensionato rispetto la specifica e lo schema dell'impianto d'aspirazione, per il quale si evidenzia inoltre la presenza di cassetto filtrante 10 lastre che impone una perdita di carico a nuovo di 30 mm H2O; sommando tutte le altre perdite dovute alla cappa ed al percorso di estrazione il kit proposto non rispetta le specifiche richieste dalla stazione appaltante;



RAGIONE SOCIALE	ELEMENTI TECNICI MINIMI A PENA ESCLUSIONE
	<p><u>Misure cappa</u>: richiesta con dimensioni <b>UTILI OPERATIVE</b> cm.172 (largh.) x 80 (prof.) x 150 (alt.) (tolleranza 5%); quella offerta risulta essere di 150 cm. di larghezza e 75 cm. di profondità, entrambe le misure risultano fuori tolleranza;</p> <p>- <u>il saliscendi frontale</u> era richiesto con "<u>vetri di sicurezza scorrevoli orizzontalmente</u>", al fine di poter accedere al vano cappa anche con il saliscendi abbassato completamente per una maggiore protezione; quello offerto dall'operatore economico ha scorrevolezza esclusivamente verticale;</p> <p>- <u>airfoil deflettore</u> richiesto <u>ribaltabile</u> per garantire pulizia corretta zona cappa e possibilità manutenzione/inserimento strumenti, quello offerto risulta essere di tipo fisso.</p>

Alle ore 14.40 c.ca, per un impegno imprevisto di uno dei componenti, il Seggio di Gara sospende le valutazioni fissando alle ore 10:00 del 01.06.2023 la seduta per procedere con il completamento delle operazioni di esame delle offerte sulla piattaforma MePA.

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.

#### Il Seggio di Gara

Prof.ssa Teresa Gatti      *Firmato Gatti*

Prof.ssa Carlotta Francia      *Firmato Francia*

Sig. Andrea Morlino      *Firmato Morlino*